

Legalizacja wag mechanicznych, legalizacja wag elektronicznych oraz legalizacja odważników

Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu

Wrocław, 14-01-2009 r.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Legalizacja przyrządu pomiarowego jest sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych przepisach.

Legalizacji podlegają wagi nieautomatyczne mechaniczne i elektroniczne, stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki: w obrocie handlowym, przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, w praktyce medycznej do ważenia pacjentów, przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach oraz w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych a także przy paczkowaniu towarów.

Do Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu do legalizacji ponownej powinny być zgłaszane wagi
- kompletne sprawne i czyste, nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

W 2009 r. należy zgłaszać do legalizacji ponownej:

- 1. Wagi mechaniczne i elektroniczne zalegalizowane w roku 2007. na podstawie ustawy Prawo o miarach,**
- 2. Wagi mechaniczne i elektroniczne po dokonanej ocenie zgodności w 2006 roku na podstawie ustawy o ocenie zgodności,**
- 3. Wagi mechaniczne i elektroniczne po naprawie, lub z uszkodzonymi cechami legalizacyjnymi bez względu na to, kiedy były uprzednio legalizowane.**

UWAGA

Wagi zalegalizowane w styczniu 2007 r. oznaczone cechami legalizacyjnymi roczną - „07”, urzędu miar „PL”, oraz cechą miesięczną „I” (styczeń) **utrącą ważność ostatniego dnia stycznia 2009 r.** (25 miesięcy).

Wagi zalegalizowane w lutym 2007 r. oznaczone cechami legalizacyjnymi roczną - „07”, urzędu miar „PL”, oraz cechą miesięczną „II” (luty) **będą ważne do ostatniego dnia lutego 2009 r.** (25 miesięcy).

Odpowiednio 25 miesięcy będzie wynosił okres ważności legalizacji wag zalegalizowanych w kolejnych miesiącach 2007 roku.

Do legalizacji ponownej wagi należy zgłaszać najpóźniej w ostatnim miesiącu ważności ich legalizacji w celu zachowania ciągłości ważnej legalizacji. Tak samo do legalizacji ponownej należy zgłaszać wagi po naprawie lub po stwierdzeniu, że mają uszkodzone cechy legalizacyjne.

Nałożone na wagi w styczniu 2009 r. cechy urzędu „3PL1”, cecha miesięczna „I” (styczeń) wraz z cechą roczną „09” będą ważnymi dowodami legalizacji wag do 31 stycznia 2011 r.

UWAGA!

Wagi zalegalizowane w roku 2006 w dowolnym miesiącu i w latach wcześniejszych (oznaczone cechą roczną „06”, „05”, „04” „03”...) i jedną z cech miesięcznych („I” – „XII”, które nie zostały zgłoszone do obowiązkowej legalizacji ponownej w latach ubiegłych) **mają nieważne cechy legalizacyjne, powinny być wycofane z użytkowania i zgłoszone do legalizacji ponownej.**

LEGALIZACJA WAG WPROWADZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJA WE)

Wagi wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087, z późn. zmianami) **od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.** powinny być wycofane z użytkowania w związku z upłynięciem terminu ważności ich dowodów oceny zgodności jako dowodów legalizacji, jeśli miałyby być stosowane w dziedzinach, w których podlegają legalizacji ponownej.

Wagi posiadające nieważne cechy legalizacyjne i nieważne cechy dokonanej w 2004 r. i w 2005 r. oceny zgodności należy niezwłocznie wycofać z użytkowania i zgłosić do legalizacji ponownej w celu przywrócenia ich do legalnego zastosowania w wymienionych wyżej dziedzinach poprzez uzyskanie ważnych dowodów legalizacji ponownej.

Wagi wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 7 stycznia 2007 r. (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1834) powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed dniem 31 grudnia 2009 r. Cechy oceny zgodności (legalizacji WE) tych wag są ważne tylko do 31 grudnia 2009 r.

U W A G A !!!

Do legalizacji ponownej po raz pierwszy nie będą przyjmowane wagi, które nie zostały poddane ocenie zgodności i nie posiadają dowodu przeprowadzenia tej oceny.

Dowód legalizacji wagi traci ważność wcześniej w przypadku: uszkodzenia wagi, uszkodzenia umieszczonych na wadze cech, stwierdzenia, że błędy wagi przekraczają granice błędów dopuszczalnych.

WARUNKI WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA WAG

Na wagach nieautomatycznych mechanicznych i elektronicznych będących w legalnym użytkowaniu powinny być umieszczone w sposób nieusuwalny, łatwo czytelne i dobrze widoczne w normalnym położeniu pracy wag następujące oznaczenia:

nadany znak zatwierdzenia typu, jeśli ma to zastosowanie, znak fabryczny lub nazwa producenta, klasy (zamieszczone w elipsie lub między dwiema liniami poziomymi, połączonymi dwoma półokręgami), obciążenie maksymalne w postaci Max..., obciążenie minimalne w postaci Min..., działka legalizacyjna e = ...oraz **cecha legalizacyjna w postaci naklejek z wizerunkiem numeru miesiąca legalizacji - cyfry od „I do XII”, cecha roczna z wizerunkiem ostatnich cyfr oznaczających rok legalizacji np. „08” i cecha urzędowa identyfikująca urząd miar, który dokonał legalizacji np. „3PL1”.**

lub

znak fabryczny lub nazwa producenta, klasy (zamieszczone w elipsie lub między dwiema liniami poziomymi, połączonymi dwoma półkółkami), obciążenie maksymalne w postaci Max..., obciążenie minimalne w postaci Min..., działka legalizacyjna e = ...oraz **znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, oraz numer lub numery jednostek notyfikowanych, które sprawują nadzór WE nad systemem jakości producenta lub dokonały legalizacji WE; zielona kwadratowa nalepka o wymiarach co najmniej 12,5mm x 12,5 mm z nadrukowaną dużą czarną literą „M”.**

oraz

dotatkowe oznaczenia, jeśli ma to zastosowanie: numer fabryczny, działka elementarna, jeżeli jest różna od e, w postaci d =..., granica zakresu tarowania dodającego urządzenia tarującego w postaci T = +..., graniczne obciążenie bezpieczne, jeżeli jest różne od Max, w postaci Lim ..., specjalny zakres temperatury pracy w postaci ... °C/ ... °C oraz inne oznaczenia wymagane w przepisach o wagach nieautomatycznych.

W czasie stosowania wagi powinny być:

zalegalizowane, kompletne i sprawne technicznie, utrzymane w czystości i wyzerowane, dokładne, tj. błędy ich wskazań w całym zakresie obciążeń nie powinny przekraczać wartości granicznych błędów obiegowych, ustawione na sztywnym podłożu we właściwym położeniu; dla wag przenośnych położenie to powinno być ustalone według wskaźnika poziomym.

WARUNKI WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA ODWAŻNIKÓW

Odważniki handlowe dokładniejsze (klasy dokładności M1) i zwyczajne (klasy dokładności M2), **powinny w czasie użytkowania być zalegalizowane, czyste, nieuszkodzone i właściwie przechowywane.**

Przy zgłoszeniu ich do legalizacji ponownej, nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej, odważniki dokładniejsze M1 do ważenia np. leków, drogocennych metali i kamieni szlachetnych należy przemyć.

Obowiązek zgłaszania **do legalizacji ponownej** dotyczy odważników zalegalizowanych w 2006 roku. **Rok 2009 jest ostatnim rokiem ważności tych odważników, w którym należy zgłosić je do legalizacji ponownej, aby zachować ciągłość ważności legalizacji.**

Okres ważności cech legalizacyjnych nałożonych na odważnikach wyrażany jest w latach i trwa 3 lata od 1 stycznia następnego roku, po roku dokonania legalizacji.

Zgłoszone do legalizacji ponownej w 2009 r. odważniki z cechą z 2006 r. zalegalizowane w 2009 r. będą miały cechę „09” ważną do 31 grudnia 2012 r. (3 lata licząc od 1 stycznia następnego roku po legalizacji).

Odważniki handlowe zalegalizowane w roku 2005 i w latach wcześniejszych (oznaczone cechą legalizacyjną roczną „05”, „04” „03”...), które nie zostały zgłoszone do obowiązkowej legalizacji ponownej w ubiegłym roku 2008 **mają również nieważne cechy legalizacyjne i powinny być wycofane z użytkowania.**

Stosowanie niezalegalizowanych odważników i wag lub przechowywanie ich w stanie gotowości do użycia **jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny** - art. 26 ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).

Dowód legalizacji odważnika traci ważność wcześniej w przypadku: uszkodzenia odważnika, uszkodzenia umieszczonych na odważniku cech, stwierdzenia, że błędy odważnika przekraczają granice błędów dopuszczalnych.

Za czynności związane z legalizacją przyrządów pomiarowych, w tym wag i odważników, pobierane są opłaty zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

**Sankcje za naruszenie przepisów ustawy
Prawo o miarach**

Kto wbrew przepisom ustawy:

- 1) **wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne** w gospodarce, ochronie zdrowia i dziedzinie bezpieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym,
- 2) **wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe**, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, **bez wymaganych dowodów tej kontroli** lub niespełniające wymagań metrologicznych,
- 3) **użytkuje przyrządy pomiarowe** w: ochronie zdrowia, życia i środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy pobieraniu opłat, podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń, przy dokonywaniu kontroli celnej, w obrocie **niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania**,
- 4) **dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia**,
- 5) **naprawia lub instaluje oraz sprawdza określone rodzaje przyrządów pomiarowych bez wymaganego zezwolenia**,
- 6) **świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru**,

- podlega karze grzywny.

Postępowanie w wyżej wymienionych sprawach prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Szczegółowe informacje:

Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 61/63,
53-647 Wrocław, tel. 071 355-08-15 wew. 208.

Strona internetowa Głównego Urzędu Miar w Warszawie <http://www.gum.gov.pl/>

Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu

Andrzej Kraszewski

Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu

jest terenowym urzędem administracji rządowej właściwej w sprawach miar i wykonuje zadania techniczno-prawne i nadzorcze określone w:

- **ustawie Prawo o miarach z 11 maja 2001 r.**(Dziennik Ustaw Nr 243 z 15 listopada 2004 r. poz. 2441 z późn. zm.).
- **ustawie o towarach paczkowanych z 6 września 2001 r.** (Dziennik Ustaw Nr 128 z 9 listopada 2001 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Obszarem działania Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu są powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski oraz miasto na prawach powiatu: Wrocław.

Zakres działania Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu

Badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań dotyczących prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, a w szczególności legalizacja przyrządów pomiarowych. Sprawowanie nadzoru nad paczkowaniem produktów i produkcją butelek miarowych. Współdziałanie z administracją publiczną w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych.

ZADANIA ADMINISTRACJI MIAR

Głównym zadaniem organów administracji miar jest zapewnienie wzajemnej zgodności i wymaganej dokładności wyników pomiarów dokonywanych w kraju oraz ich powiązanie z międzynarodowym systemem miar.

Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 61/63, 53-647 Wrocław,
tel. 071 35-80-208, fax 071 355-28-25,
e-mail: oum.wroclaw.wroclaw@gum.gov.pl

- naczelnik Urzędu mgr inż. Andrzej Kraszewski,
- st. inspektor Danuta Andrzejewska,
- st. inspektor Eugeniusz Chwałek,
- st. inspektor Regina Świążkowska,
- st. inspektor Janusz Wencko,
- inspektor mgr inż. Paweł Lipiński,
- inspektor mgr inż. Paweł Szewców
- inspektor mgr Mateusz Seneczko
- inspektor mgr inż. Alicja Łaptaszyńska
- rzemieślnik wykwalifikowany Sylwester Gawłowski

Adresy pozostałych urzędów miar w Polsce znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar w Warszawie - <http://www.gum.gov.pl/>

Opracował: *ANDRZEJ KRASZEWSKI*